

Prepárese para el nuevo conector ENFit

Lista de verificación para la transición para enfermeros y personal clínico



Próximamente será implementada una nueva norma de diseño para los conectores de tubos de dispositivos médicos. Comenzando con la nutrición enteral, normas específicas según la aplicación ayudarán a garantizar que los conectores no encajen en puertos que no sean del tipo previsto, reduciendo así la incidencia de conexiones incorrectas.


Esta iniciativa global para mejorar la seguridad del paciente se lanza inicialmente en los EE.UU., Canadá y Puerto Rico, y se prevé lograr su implementación total en estos mercados para 2016.

Los enfermeros y el personal clínico, más que ninguna otra persona, manipularán y usarán los nuevos conectores ENFit, por lo que su preparación es primordial. Esta lista no está concebida como una lista exhaustiva, pero use los PASOS indicados a continuación para comenzar:


S	Comunicación con los proveedores	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Familiarizarse con todos los cambios específicos según el producto<input type="checkbox"/> Practicar las nuevas conexiones con todos los productos, incluidos los sistemas de nutrición, las jeringas específicas para aplicaciones enterales y las sondas de nutrición<input type="checkbox"/> Comprender los plazos previstos para la transición
T	Capacitación	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Involucrar a su equipo de educación de enfermería<input type="checkbox"/> Comunicar la importancia de los cambios de conectores para mejorar la seguridad de los pacientes<input type="checkbox"/> Explicar de qué modo cambiarán los nuevos sistemas de nutrición y demostrar cómo se conectarán<input type="checkbox"/> Hacer énfasis en la función de bloqueo y los beneficios para la seguridad del nuevo conector ENFit<input type="checkbox"/> Identificar un súper usuario para cada turno y buscar oportunidades de capacitación práctica
E	Educación	<p>Paciente/cuidador</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Analizar las implicaciones de los inminentes cambios de conectores, incluidos los plazos y el proceso de transición<input type="checkbox"/> Planificar oportunidades para que los pacientes/cuidadores que reciben el alta y deban seguir administrando nutrición enteral en su hogar se informen sobre:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> La diferencia entre los dispositivos actuales y los nuevos, y cómo funcionan<input type="checkbox"/> Cómo administrar fórmula y medicamentos por vía enteral si se receta<input type="checkbox"/> Cómo purgar la sonda y verificar si quedaron residuos<input type="checkbox"/> Cómo proporcionar hidratación adicional<input type="checkbox"/> Entregar una lista de verificación a los pacientes/cuidadores que deban seguir administrando nutrición enteral <p>Personal</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Remitir las preguntas específicas sobre los productos al fabricante/proveedor<input type="checkbox"/> Remitir las preguntas sobre procedimientos a un equipo de transición multidisciplinario
P	Proceso	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Formar un equipo de transición multidisciplinario para evaluar los actuales procedimientos y protocolos y ajustarlos a fin de incluir los nuevos conectores ENFit<input type="checkbox"/> Actualizar los conjuntos de órdenes de administración de medicamentos y nutrición enteral para el uso de los nuevos productos<input type="checkbox"/> Revisar los procesos de preparación y administración de los medicamentos de farmacia para incorporar las nuevas jeringas específicas para aplicaciones enterales<input type="checkbox"/> Desarrollar mecanismos de comunicación entre enfermería y farmacia para identificar a los pacientes que necesitan recibir medicación a través de una sonda de nutrición<input type="checkbox"/> Informar a quienes emiten recetas y a los farmacéuticos que las órdenes de medicamentos deben especificar la vía de administración: enteral (sonda) u oral (por boca), y no decir "po" para ambas. Hasta que se complete la transición de los conectores ENFit, la orden también debe indicar qué tipo de conexión está usando el paciente
S	Gestión de suministro	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Auditar y consolidar todas las áreas de almacenamiento de dispositivos enterales (sistemas de nutrición, jeringas específicas para nutrición enteral, sondas de nutrición) como preparación para el nuevo inventario<input type="checkbox"/> Reducir el exceso de inventario de dispositivos de nutrición enteral con los conectores actuales<input type="checkbox"/> Dejar que los productos con los conectores de transición ENFit y sondas de nutrición ENFit se distribuyan por el inventario<input type="checkbox"/> Evitar el exceso de existencias de productos de nutrición enteral

Cambios en los conectores del sistema de nutrición enteral


La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de nutrición enteral



EXTREMO DE ACCESO A LA Sonda DEL PACIENTE




JERINGA (ACTUAL)




JERINGA (VERSIÓN FINAL)

Las jeringas para administrar medicamentos, enjuagar, hidratar o alimentar por bolo mediante sonda requerirán ahora un acople preciso, específico para la nutrición enteral.




SONDA DE NUTRICIÓN (ACTUAL)



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIO (VERSIÓN PROVISIONAL)

Permite el acople a la sonda de nutrición actual hasta que estén disponibles las nuevas sondas de nutrición enteral ENFit.



SONDA DE NUTRICIÓN (VERSIÓN FINAL)

Cambiar de un conector macho — el conector de tipo escalonado o cónico— al nuevo conector hembra ENFit. El puerto de la sonda de nutrición para el sistema de administración cambiará de hembra a macho.



A.S.P.E.N. www.nutritioncare.org



AACN www.aacn.org



SGNA www.sgna.org

Para obtener más información y para registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico, visite StayConnected2014.org.