



Une nouvelle norme de conception pour les raccords de sondes médicales est en cours d'élaboration et comprend de nouveaux appareils entéraux, neuraxiaux, et respiratoires. En commençant par le raccord de nutrition entérale et le nouveau raccord ENFit, les normes spécifiques de chaque application permettront d'assurer que les raccords ne s'ajustent pas à des embouts autres que le type pour lequel ils ont été fabriqués, réduisant l'incidence des mauvais raccordements.

Il s'agit d'une transition à l'échelle mondiale, commençant par les États-Unis, le Canada, et Porto Rico, avec un objectif d'achèvement dans ces marchés d'ici janvier 2016. Chaque organisation dispose de différents processus de mise en œuvre du changement, mais ont toutes besoin d'une équipe bien informée, adéquatement préparée.


**Cette liste ne se veut pas exhaustive, mais suivez les ÉTAPES suivantes pour démarrer :**

<b>S</b>	<b>Communication des fournisseurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se familiariser avec tous les changements spécifiques aux produits</li> <li><input type="checkbox"/> Comprendre le calendrier anticipé et la disponibilité des produits pour la transition</li> <li><input type="checkbox"/> Obtenir les changements de numéro d'article avec une concordance des produits munis des raccords actuels au nouveau raccord ENFit</li> <li><input type="checkbox"/> Clarifier les politiques de retour durant la transition</li> </ul>
<b>T</b>	<b>Formation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Identifier le calendrier de disponibilité des produits au sein de l'installation et dans les canaux de communication</li> <li><input type="checkbox"/> Réduire les stocks excédentaires et décourager l'accumulation des stocks de produits existants afin d'éviter :                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> le retard de la transition</li> <li><input type="checkbox"/> l'incapacité d'administrer le traitement</li> <li><input type="checkbox"/> les surcoûts de port</li> </ul> </li> </ul>
<b>E</b>	<b>Éducation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Communiquer l'importance des changements des raccords pour rehausser la sécurité des patients</li> <li><input type="checkbox"/> Préparer le personnel de la chaîne d'approvisionnement afin qu'il commande de nouveaux produits permettant un raccordement adéquat pour :                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les sets d'administration/de nutrition</li> <li><input type="checkbox"/> Les sondes de nutrition</li> <li><input type="checkbox"/> Les seringues pour nutrition par bolus, la vérification des résidus, l'administration des médicaments, et l'hydratation</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Orienter les questions spécifiques aux produits au fabricant/fournisseur</li> <li><input type="checkbox"/> Orienter les questions spécifiques aux procédures à une équipe de transition multidisciplinaire</li> </ul>
<b>P</b>	<b>Processus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Constituer une équipe de transition multidisciplinaire comprenant sans s'y limiter des cliniciens (infirmiers, prescripteurs, pharmaciens), des agents de la chaîne d'approvisionnement, des technologies de l'information, des gestionnaires de risques, des agents de sécurité des patients, des ingénieurs biomédicaux</li> <li><input type="checkbox"/> Les équipes de transition doivent peaufiner les procédés pour de nouveaux raccords ENFit</li> <li><input type="checkbox"/> Évaluer les procédures actuelles et les besoins de la chaîne d'approvisionnement durant la transition</li> </ul>
<b>S</b>	<b>Gestion des approvisionnements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gérer les stocks de dispositifs de nutrition entérale pour assurer un raccordement adéquat tout au long de la transition                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Réduire le stock excessif des dispositifs munis des raccords actuels</li> <li><input type="checkbox"/> Permettre aux nouveaux raccords de transition ENFit et sondes de nutrition ENFit de fonctionner tout au long de l'inventaire</li> <li><input type="checkbox"/> Éviter le surstockage de nouveaux produits de nutrition entérale</li> </ul> </li> </ul>

# Changements au raccord du système entéral


La nouvelle norme de conception a un impact sur l'ensemble du système de nutrition entérale

## ACCÈS NUTRITION




**RACCORD (FINAL)**  
[Existant depuis 2012]


## ACCÈS PATIENT




**SERINGUE (ACTUELLE)**




**SERINGUE (FINALE)**  
Les seringues destinées à l'administration de médicaments, au rinçage, à l'hydratation ou à la nutrition par bolus par la voie entérale nécessiteront l'utilisation d'un raccord entéral spécifique unique.



**SONDE DE NUTRITION (ACTUELLE)**



**SET DE TRANSITION (TEMPORAIRE)**  
Permet un ajustement à l'embout de la sonde de nutrition actuelle jusqu'à la disponibilité de nouvelles sondes de nutrition entérale ENFit.



**SONDE DE NUTRITION (Raccord FINAL)**  
Passage du raccord mâle – le raccord étagé ou en arbre de Noël – au nouveau raccord femelle ENFit. L'embout de la sonde de nutrition pour les sets d'administration passera de la femelle au mâle.