GEDSA
ADVANCING PATIENT SAFETY

Conexões incorretas de tubos continuam causando lesões graves e até a morte de pacientes, já que tubos com funções diferentes podem ser facilmente conectados por conectores Luer, ou as conexões podem ser "manipuladas" (montadas) usando adaptadores, tubos ou cateteres.*

A Organização Internacional de Normalização (ISO) desenvolveu a série de normas ISO 80369 para conectores médicos de pequeno calibre com o objetivo de melhorar a segurança do paciente. Essas normas criam conectores exclusivos para cada sistema corporal, que são mecanicamente incompatíveis fora de sua área terapêutica. Isso reduz os riscos de conexões incorretas que podem ser prejudiciais ou até fatais, quando tubos médicos são inadvertidamente conectados de um sistema corporal a outro. Esses sistemas dedicados e padronizados pela ISO, que aumentam a segurança do paciente, são descritos abaixo.

Para mais informações sobre essas iniciativas de segurança do paciente, visite www.stayconnected.org.

ISO 80369 Series



*https://ow.ly/ROQx50QfKca
**https://ow.ly/eMs250QfKc7 & https://ow.ly/iE0Q50QfKc9