Prepárese para el nuevo conector ENFit - !

Lista de verificación para la transición - Instalaciones e Instituciones

Ya están en vigor las nuevas normas de diseño para los conectores de tubos de dispositivos médicos. Empezando por la alimentación enteral, las normas específicas para cada aplicación contribuirán a garantizar que los conectores no encajen en puertos distintos del tipo para el que están destinados, lo que reducirá el riesgo de conexiones erróneas.

Cada organización tiene un proceso diferente para implementar cambios, pero todas requieren un equipo multifuncional bien informado y debidamente preparado. Utilice los siguientes PASOS como guía de debate para su equipo de transición.

Los hospitales, los centros de cuidados de larga duración y otras instituciones deberán comprender bien los cambios y ser capaces de difundir esa información entre los distintos grupos de la organización. Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero utilice los PASOS que se indican a continuación para ayudar a su organización a prepararse para los cambios inminentes:

P	**Comunicación con los proveedores**	☐ Familiarizarse con todos los componentes que conforman un sistema de alimentación enteral (incluidos los kits de alimentación, las jeringas específicas para alimentación enteral y las sondas de alimentación—)y el calendario de transición correspondiente
A	**Entrenamiento**	☐ Asegurarse de que todos los departamentos estén al corriente y preparados para la transición mediante la comunicación con la dirección, la organización de charlas y seminarios, la distribución de listas de verificación específicas para cada departamento y el uso de otras herramientas de comunicación que utilice su organización
S	**Educación**	☐ Tenga en cuenta que este cambio afecta a múltiples funciones dentro de su organización ☐ **Director médico:** evaluar los cambios necesarios en las prácticas de prescripción, colocación de sondas o documentación. ☐ **Personal clínico:** el personal de enfermería, los médicos, el personal de nutrición clínica y demás profesionales de la salud de todas las áreas de atención al paciente en las que se coloquen o utilicen sondas de alimentación deberán saber qué productos se ven afectados, cómo funcionan los nuevos conectores y cuándo se producirá el cambio ☐ **Farmacia:** planificar el almacenamiento de los nuevos productos y los cambios en los protocolos y procesos. p Cadena de suministro y gestión de materiales: comprender los plazos de la transición y planificar el espacio de almacenamiento en el almacén central, las unidades de enfermería y en las plantas. ☐ **IT/Informática:** determinar un plan en caso de que sea necesario modificar los conjuntos de órdenes médicas. ☐ **Responsables de gestión de riesgos y seguridad del paciente:** comprender el impacto de todos los cambios para ayudar a mitigar cualquier problema.
O	**Proceso**	☐ Crear un equipo multidisciplinar que abarque toda la institución para ayudar a abordar las fases de preparación, formación y puesta en marcha de este cambio que afecta a todo el sistema de alimentación enteral
S	**Gestión del suministro**	☐ Mantener un suministro adecuado sin exceso de existencias, devoluciones ni desperdicio innecesario

Modificaciones en el conector del sistema enteral ENFit

La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de alimentación enteral

EXTREMO DE NUTRICIÓN

CONECTOR (FINAL)
[En vigor desde 2012]

EXTREMO DE ACCESO DEL PACIENTE

JERINGA (ACTUAL)

JERINGA (Punta estándar)
Las jeringas para a administrar hidratar, medicamentos, realizar lavados, o administrar alimentación en bolo por sondas enterales deberán contar ahora con un accesorio específico para uso enteral.

O

JERINGA (Punta de baja dosificación)
Para garantizar la precisión en la dosificación de pequeños volúmenes, es posible que las jeringas de 5 ml o menos requieran una punta ENFit para dosis bajas.

Nuevo conector hembra ENFit

Conector de transición ENFit

TUBO DE ALIMENTACIÓN (ACTUAL)

SET PARA TRANSICIÓN (TEMPORAL)
Permite su instalación en el puerto de alimentación actual hasta que estén disponibles las nuevas sondas de alimentación enteral ENFit.

TUBO DE ALIMENTACIÓN (FINAL)
Se cambiará el conector macho (el conector escalonado o tipo "árbol de Navidad") por el nuevo conector hembra ENFit. El puerto del tubo de alimentación para el equipo de administración pasará de ser hembra a macho.

Nota: Consulte a los representantes de su proveedor sobre la disponibilidad, los plazos de entrega y las indicaciones de uso de los equipos de administración, jeringas y sondas de alimentación ENFit.

Para más información, visite: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026GEDSA