Prepárese para el nuevo conector ENFit®

Lista de verificación para la transición - Proveedores de cuidados a domicilio

Ya están en vigor las nuevas normas de diseño para los conectores de tubos de dispositivos médicos. Empezando por la alimentación enteral, las normas específicas para cada aplicación contribuirán a garantizar que los conectores no encajen en puertos distintos del tipo para el que están destinados, lo que reducirá el riesgo de conexiones erróneas.

Cada organización tiene un proceso diferente para implementar cambios, pero todas requieren un equipo multifuncional bien informado y debidamente preparado. Utilice los siguientes PASOS como guía de debate para su equipo de transición.

Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sigue los PASOS que se indican a continuación para empezar:

P — Comunicación con los proveedores

- ☐ Conocer cómo funcionarán los nuevos conectores y en qué se diferencian del sistema actual
- ☐ Familiarizarse con todos los cambios específicos de los productos y disponga de existencias de todos los productos nuevos, incluidos los kits de alimentación, las jeringas específicas para alimentación enteral y las sondas de alimentación
- ☐ Conozcer el calendario previsto para la transición

A — Entrenamiento

- ☐ Seleccionar un equipo de atención para formar al personal y a los pacientes/cuidadores
- ☐ Establecer un calendario y los canales de comunicación
- ☐ Comunicar la importancia de los cambios en los conectores para mejorar la seguridad del paciente
- ☐ Distribuir la lista de verificación para pacientes/cuidadores
- ☐ Animar a los pacientes/cuidadores a que agoten primero todo el stock de productos actuales y, a continuación, pasar a utilizar los nuevos equipos de transición ENFit
- ☐ Recalcar la función de bloqueo y las ventajas de seguridad del nuevo conector ENFit

S — Educación

- ☐ Planificar sesiones formativas adecuadas para todos los pacientes y cuidadores sobre temas como:
  - ☐ Administrar la fórmula enteral
  - ☐ Enjuagar la sonda y comprobar los residuos según corresponda
  - ☐ Preparar y administrar los medicamentos, si están prescritos
  - ☐ Proporcionar hidratación adicional
- ☐ Visitar StayConnected.org para obtener información sobre la transición de conectores
- ☐ Dirigir cualquier pregunta o queja específica sobre el producto al abricante o proveedor
- ☐ Dirigir las preguntas sobre el procedimiento a un equipo multidisciplinar de transición
- ☐ Explicar cómo cambiarán los nuevos equipos de alimentación y demostrar cómo se conectarán

O — Proceso

- ☐ Las organizaciones de cualquier tamaño deberían plantearse seriamente la creación de un equipo de transición multidisciplinar para evaluar los procedimientos y protocolos actuales
- ☐ Los equipos de transición deberían ajustar los procedimientos y protocolos para incluir los nuevos conectores ENFit

S — Gestión del suministro

- ☐ Reducir los niveles de exceso de existencias de dispositivos de alimentación enteral con conectores actuales (esto incluye kits de alimentación/administración, jeringas y sondas de alimentación)
- ☐ Permitir que los productos con los nuevos conectores de transición ENFit y las sondas de alimentación ENFit definitivas se distribuyan según la demanda de los clientes
- ☐ Evitar el exceso de existencias de cualquier producto de alimentación enteral
- ☐ Crear espacio en el almacén para dar cabida a los diversos artículos necesarios según lo indiquen sus proveedores

ENFit® es una marca comercial registrada a nivel federal por GEDSA en múltiples jurisdicciones de todo el mundo.

Modificaciones en el conector del sistema enteral ENFit

La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de alimentación enteral



Nota: Consulte a los representantes de su proveedor sobre la disponibilidad, los plazos de entrega y las indicaciones de uso de los equipos de administración, jeringas y sondas de alimentación ENFit.

Para más información, visite: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA