Prepare-se para o novo conector ENFit®

Lista de verificação para a transição - Prestadores de cuidados domiciliares

As novas normas de projeto para conectores de tubos de dispositivos médicos já estão em vigor. Começando pela alimentação enteral, as normas específicas para cada aplicação ajudarão a garantir que os conectores não se encaixem em portas diferentes daquelas para as quais foram projetados, o que reduzirá o risco de conexões incorretas.

Cada organização tem um processo diferente para implementar mudanças, mas todas exigem uma equipe multifuncional bem informada e devidamente preparada. Use os seguintes PASSOS como guia de discussão para sua equipe de transição.

Esta lista não pretende ser exaustiva, mas siga os PASSOS indicados a seguir para começar:

P — Comunicação com os fornecedores

- ☐ Entender como os novos conectores funcionarão e em que diferem do sistema atual
- ☐ Familiarizar-se com todas as mudanças específicas dos produtos e garantir a disponibilidade de estoque de todos os novos produtos, incluindo kits de alimentação, seringas específicas para alimentação enteral e sondas de alimentação
- ☐ Conhecer o cronograma previsto para a transição

A — Treinamento

- ☐ Selecionar uma equipe de atendimento para treinar os profissionais e os pacientes/cuidadores
- ☐ Estabelecer um cronograma e os canais de comunicação
- ☐ Comunicar a importância das mudanças nos conectores para melhorar a segurança do paciente
- ☐ Distribuir a lista de verificação para pacientes/cuidadores
- ☐ Incentivar os pacientes/cuidadores a esgotarem primeiro todo o estoque de produtos atuais e, em seguida, passarem a utilizar os novos equipamentos de transição ENFit
- ☐ Enfatizar a função de bloqueio e as vantagens de segurança do novo conector ENFit

SS — Educação

- ☐ Planejar sessões de treinamento adequadas para todos os pacientes e cuidadores sobre temas como:
  - ☐ Administração a fórmula enteral
  - ☐ Lavagem da sonda e verificação de resíduos, conforme necessário
  - ☐ Preparação e administração de medicamentos, se prescritos
  - ☐ Fornecimento de hidratação adicional
- ☐ Visitar StayConnected.org para obter informações sobre a transição de conectores
- ☐ Encaminhar quaisquer perguntas ou reclamações específicas sobre o produto ao fabricante ou fornecedor
- ☐ Encaminhar as perguntas sobre o procedimento a uma equipe multidisciplinar de transição
- ☐ Explicar como os novos equipamentos de alimentação mudarão e demonstrar como serão conectados

O — Processo

- ☐ Organizações de qualquer tamanho devem considerar seriamente a criação de uma equipe de transição multidisciplinar para avaliar os procedimentos e protocolos atuais
- ☐ As equipes de transição devem ajustar os procedimentos e protocolos para incluir os novos conectores ENFit

S — Gestão do abastecimento

- ☐ Reduzir os níveis de estoque excedente de dispositivos de alimentação enteral com conectores atuais (isso inclui kits de alimentação/administração, seringas e sondas de alimentação)
- ☐ Permitir que os produtos com os novos conectores de transição ENFit e as sondas de alimentação ENFit definitivas sejam distribuídos de acordo com a demanda dos clientes
- ☐ Evitar o excesso de estoque de qualquer produto de alimentação enteral
- ☐ Criar espaço no armazém para acomodar os diversos itens necessários, conforme indicado por seus fornecedores

A ENFit® é uma marca registrada federalmente pela GEDSA em várias jurisdições em todo o mundo.

Alterações no conector do sistema de alimentação enteral ENFit

A nova norma de projeto abrange todo o sistema de alimentação enteral



Pctfswb×¸p: Dpotvmuf!pt!sfqsftfoubouft!ep!tfv!gpsofdfeps!tpcsf!b!ejtqpojcjmjebef-!pt!qsb{pt!ef!fousfhb!f!bt!jotusv×ˆft!ef!vtp!ept!frvjqbnfoupt!ef!benjojtusb×¸p-!tfsjohbt!f!tpoebt!ef!bmjnfoub×¸p!FOGju/

Qbsb!nbjt!jogpsnb×ˆft-!bdftf: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA