Prepárese para el nuevo conector ENFit®

Lista de verificación para la transición - Enfermeras y Profesionales Clínicos

Ya están en vigor las nuevas normas de diseño para los conectores de tubos de dispositivos médicos. Empezando por la alimentación enteral, las normas específicas para cada aplicación contribuirán a garantizar que los conectores no encajen en puertos distintos del tipo para el que están destinados, lo que reducirá el riesgo de conexiones erróneas.

Cada organización tiene un proceso diferente para implementar cambios, pero todas requieren un equipo multifuncional bien informado y debidamente preparado. Utilice los siguientes PASOS como guía de debate para su equipo de transición.

Más que nadie, serán las enfermeras y el personal clínico quienes manejen y utilicen los nuevos conectores ENFit, por lo que es fundamental que estén preparados. Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sigan los PASOS que se indican a continuación para empezar:

P — Comunicación con los proveedores

- ☐ Informarse sobre todos los cambios específicos de cada producto
- ☐ Probar nuevas conexiones con todos los productos, incluidos los kits de alimentación, las jeringas específicas para alimentación enteral y las sondas de alimentación
- ☐ Comprender el calendario previsto para la transición

A — Entrenamiento

- ☐ Involucrar a su equipo de formación en enfermería
- ☐ Hablar de la importancia de los cambios de los conectores para mejorar la seguridad del PAX
- ☐ Explicar en qué cambiarán los nuevos equipos de alimentación y muestre cómo se conectan
- ☐ Destacar la función de bloqueo y las ventajas de seguridad del nuevo conector ENFit
- ☐ Designar a un usuario avanzado para cada turno y busque oportunidades de formación práctica

S — Educación

Paciente/Cuidador

- ☐ Analizar las implicaciones de los próximos cambios en los conectores, incluyendo los plazos y el proceso de transición
- ☐ Organizar sesiones informativas para que los pacientes y cuidadores en casa con un tratamiento de alimentación enteral puedan informarse sobre:
  - ☐ La diferencia entre los dispositivos actuales y los nuevos, y cómo funcionan
  - ☐ La administración de fórmulas enterales y medicamentos, si se han recetado
  - ☐ El lavado de la sonda y la comprobación de los residuos, según corresponda
  - ☐ La administración de hidratación adicional
- ☐ Dar la lista de verificación a pacientes/cuidadores dados de alta con una alimentación enteral

Staff

- ☐ Dirigir las preguntas específicas sobre el producto al fabricante o proveedor
- ☐ Dirigir las preguntas de carácter procedimental al equipo multidisciplinar de transición

O — Proceso

- ☐ Crear un equipo multidisciplinar de transición para evaluar los procedimientos y protocolos actuales y adaptarlos a fin de incluir los nuevos conectores ENFit
- ☐ Actualizar los conjuntos de órdenes de medicación y administración enteral para el uso de los nuevos productostransición
- ☐ Revisar los procesos de preparación y administración de medicamentos de la farmacia para incorporar nuevas jeringas específicas para la alimentación enteral
- ☐ Desarrollar mecanismos de comunicación entre enfermería y farmacia para identificar a los pacientes que necesitan medicación a través de sonda de alimentación
- ☐ Informar a los prescriptores y farmacéuticos de que las órdenes de medicación deben especificar la vía: enteral (sonda) u oral (boca), y no indicar "po" para ambas. Hasta que la transición a los conectores ENFit esté completa, la orden también debe indicar qué conexión está utilizando el paciente.

S — Gestión del suministro

- ☐ Revisar y centralizar todas las zonas de almacenamiento de dispositivos para alimentación enteral (kits de alimentación, jeringas específicas para alimentación enteral, sondas de alimentación) con vistas a la nueva gestión de existencias
- ☐ Reducir las existencias de dispositivos para alimentación enteral con conectores actuales
- ☐ Permitir que los productos con conectores de transición ENFit y sondas de alimentación ENFit sigan circulando por el inventario
- ☐ Evitar el exceso de existencias de cualquier producto para alimentación enteral

ENFit® es una marca comercial registrada a nivel federal por GEDSA en múltiples jurisdicciones de todo el mundo.

Modificaciones en el conector del sistema enteral ENFit

La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de alimentación enteral

EXTREMO DE NUTRICIÓN



CONECTOR (FINAL)
[En vigor desde 2012]

EXTREMO DE ACCESO DEL PACIENTE



JERINGA (ACTUAL)



o



JERINGA (Punta estándar)
Las jeringas para a administrar hidratar, medicamentos, realizar lavados, o administrar alimentación en bolo por sondas enterales deberán contar ahora con un accesorio específico para uso enteral.

JERINGA (Punta de baja dosificación)
Para garantizar la precisión en la dosificación de pequeños volúmenes, es posible que las jeringas de 5 ml o menos requieran una punta ENFit para dosis bajas.



TUBO DE ALIMENTACIÓN (ACTUAL)



SET PARA TRANSICIÓN (TEMPORAL)
Permite su instalación en el puerto de alimentación actual hasta que estén disponibles las nuevas sondas de alimentación enteral ENFit.



TUBO DE ALIMENTACIÓN (FINAL)
Se cambiará el conector macho (el conector escalonado o tipo "árbol de Navidad") por el nuevo conector hembra ENFit. El puerto del tubo de alimentación para el equipo de administración pasará de ser hembra a macho.

Nota: Consulte a los representantes de su proveedor sobre la disponibilidad, los plazos de entrega y las indicaciones de uso de los equipos de administración, jeringas y sondas de alimentación ENFit.

Para más información visite **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA