Prepárese para el nuevo conector ENFit®

Lista de verificación para la transición - Pacientes y Cuidadores

Ya están en vigor las nuevas normas de diseño para los conectores de los tubos de nutrición enteral. El nuevo conector ENFit se ha diseñado específicamente para productos de nutrición enteral. Estos conectores no encajan en otros tipos de puertos (como los puertos intravenosos), lo que reduce la posibilidad de conexiones erróneas.

La siguiente lista de verificación no pretende ser una guía completa, pero puede utilizarla como ayuda para empezar. Su proveedor de atención sanitaria a domicilio será una fuente importante de apoyo para ayudarle a familiarizarse con los nuevos conectores. Colabore con su representante durante todo el proceso de transición para resolver cualquier duda o inquietud. Si su proveedor de atención sanitaria a domicilio no está al tanto de este cambio, pídale que visite StayConnected.org o que se ponga en contacto con info@gedsa.org.

1. Aprenda sobre los productos que están cambiando

- Visite **StayConnected.org** para obtener más información sobre la transición
- Hable con su proveedor de productos sanitarios a domicilio sobre los cambios en los productos que utilizas
- Aprenda a utilizar los nuevos conectores

2. Comprenda la transición a los nuevos conectores

Los primeros lotes de productos de transición se han introducido en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico desde la primavera de 2015. Consulte a su proveedor de asistencia sanitaria a domicilio para conocer las fechas concretas relativas a los productos que utiliza.



TUBO DE ALIMENTACIÓN ACTUAL
Hoy en día, el conector cuenta con un extremo escalonado que se acopla al tubo de alimentación.

KIT DE TRANSICIÓN PROVISIONAL
Los kits de transición incluirán el nuevo conector ENFit y un conector de transición provisional para que sea compatible con los tubos de alimentación actuales.

CONECTOR FINAL DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN
Cuando cambie el puerto de la sonda de alimentación para el equipo de administración, ya no será necesario el conector de transición. El nuevo conector se girará y se bloqueará en su sitio.

3. Tenga a mano los productos adecuados

- ☐ Utilice primero todos los productos que tenga y no compre más de lo necesario
- ☐ Haga la transición lo antes posible
- ☐ Utilice los productos solo según las instrucciones

ENFit® is federally registered trademark of GEDSA in multiple jurisdictions throughout the world.

Modificaciones en el conector del sistema enteral ENFit

La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de alimentación enteral



JERINGA (ACTUAL)

JERINGA (Punta estándar)

Las jeringas para a administrar hidratar, medicamentos, realizar lavados, o administrar alimentación en bolo por sondas enterales deberán contar ahora con un accesorio específico para uso enteral.

JERINGA (Punta de baja dosificación)

Para garantizar la precisión en la dosificación de pequeños volúmenes, es posible que las jeringas de 5 ml o menos requieran una punta ENFit para dosis bajas.

TUBO DE ALIMENTACIÓN (ACTUAL)

SET PARA TRANSICIÓN (TEMPORAL)

Permite su instalación en el puerto de alimentación actual hasta que estén disponibles las nuevas sondas de alimentación enteral ENFit.

TUBO DE ALIMENTACIÓN (FINAL)

Se cambiará el conector macho (el conector escalonado o tipo "árbol de Navidad") por el nuevo conector hembra ENFit. El puerto del tubo de alimentación para el equipo de administración pasará de ser hembra a macho.

Nota: Consulte a los representantes de su proveedor sobre la disponibilidad, los plazos de entrega y las indicaciones de uso de los equipos de administración, jeringas y sondas de alimentación ENFit.

Para más información, visite: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA