Prepárese para el nuevo conector ENFit®

Lista de verificación para la transición - Farmacias

Ya están en vigor las nuevas normas de diseño para los conectores de tubos de dispositivos médicos. Empezando por la alimentación enteral y el nuevo conector ENFit ISO 80369-3, las normas específicas para cada aplicación contribuirán a garantizar que los conectores no encajen en puertos distintos del tipo para el que están destinados, lo que reducirá el riesgo de conexiones erróneas.

Cada organización tiene un proceso diferente para implementar el cambio, pero todas requieren un equipo multifuncional bien informado y debidamente preparado. Utilice los siguientes PASOS como guía de debate para su equipo de transición.

Las farmacias desempeñan un papel fundamental en esta transición. Ustedes acercarán los nuevos productos a los profesionales sanitarios, los pacientes y los cuidadores, sus conocimientos y su preparación serán fundamentales. Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sigan los PASOS que se indican a continuación para empezar:

P	**Comunicación con los proveedores**	☐ Familiarícese con todos los cambios específicos de cada producto ☐ Practique las nuevas conexiones con todos los productos, incluidos los kits de alimentación, las jeringas específicas para alimentación enteral y las sondas de alimentación ☐ Conozca el calendario previsto para la transición
A	**Entrenamiento**	☐ Formar a todo el personal de farmacia en los nuevos procesos ☐ Comunicar la importancia de los cambios en los conectores para mejorar la seguridad de los pacientes ☐ Explicar y demostrar cómo cambiarán los nuevos equipos de alimentación ☐ Designar a un usuario avanzado para la dispensación de recetas de medicamentos que se administrarán por sonda de alimentación en cada turno y buscar oportunidades de formación práctica
S	**Educación**	☐ Dirija las preguntas sobre los procedimientos al equipo multidisciplinar de transición ☐ Dirija las preguntas específicas sobre el producto al fabricante o proveedor
O	**Proceso**	☐ Crear un equipo multidisciplinar de transición para revisar los procedimientos y protocolos con el fin de incluir los nuevos conectores ENFit ☐ Evaluar y actualizar los protocolos y procesos de preparación y administración de medicamentos para incorporar las nuevas jeringas enterales ☐ Desarrollar mecanismos de comunicación entre los prescriptores, el personal de enfermería y la farmacia para identificar a los pacientes que necesitan medicación a través de una sonda de alimentación ☐ Informar a los prescriptores y al personal de enfermería de que las prescripciones de medicamentos deben especificar la vía de administración (enteral (sonda) u oral (boca)), y no indicar "PO" para ambas. Hasta que la transición a los conectores ENFit se haya completado, la prescripción también debe indicar qué conexión está utilizando el paciente
S	**Gestión del suministro**	☐ Evaluar el espacio de almacenamiento y el flujo de trabajo para la línea de jeringas específicas para uso enteral ☐ Determinar la necesidad de jeringas tanto con punta para uso oral/catéter como con punta para uso enteral, que pueden ser adecuadas para la mayoría de los usos orales, excepto en neonatos o en algunos casos pediátricos ☐ Reducir los niveles excesivos de existencias de jeringas con punta para uso oral/catéter ☐ Determinar los niveles de existencias y los tamaños de las jeringas con el nuevo conector ENFit y realizar el pedido en cuanto estén disponibles ☐ Distinguir entre las jeringas con punta para uso oral/catéter y las jeringas con punta para uso enteral en el almacén para ayudar a garantizar su correcta distribución y uso

ENFit® es una marca comercial registrada a nivel federal por GEDSA en múltiples jurisdicciones de todo el mundo.

Modificaciones en el conector del sistema enteral ENFit

La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de alimentación enteral

EXTREMO DE NUTRICIÓN



CONECTOR (FINAL)
[En vigor desde 2012]

EXTREMO DE ACCESO DEL PACIENTE



JERINGA (ACTUAL)



JERINGA (Punta de baja dosificación)

Para garantizar la precisión en la dosificación de pequeños volúmenes, es posible que las jeringas de 5 ml o menos requieran una punta ENFit para dosis bajas.



JERINGA (Punta estándar)

Las jeringas para a administrar hidratar, medicamentos, realizar lavados, o administrar alimentación en bolo por sondas enterales deberán contar ahora con un accesorio específico para uso enteral.



TUBO DE ALIMENTACIÓN (ACTUAL)



SET PARA TRANSICIÓN (TEMPORAL)

Permite su instalación en el puerto de alimentación actual hasta que estén disponibles las nuevas sondas de alimentación enteral ENFit.



TUBO DE ALIMENTACIÓN (FINAL)

Se cambiará el conector macho (el conector escalonado o tipo "árbol de Navidad") por el nuevo conector hembra ENFit. El puerto del tubo de alimentación para el equipo de administración pasará de ser hembra a macho.

Nota: Consulte a los representantes de su proveedor sobre la disponibilidad, los plazos de entrega y las indicaciones de uso de los equipos de administración, jeringas y sondas de alimentación ENFit.

Para más información, visite: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA