Prepare-se para o novo conector ENFit®

Lista de verificação para a transição - Farmácias

As novas normas de projeto para conectores de tubos de dispositivos médicos já estão em vigor. Começando pela alimentação enteral e pelo novo conector ENFit ISO 80369-3, as normas específicas para cada aplicação ajudarão a garantir que os conectores não se encaixem em portas diferentes do tipo para o qual foram projetados, o que reduzirá o risco de conexões incorretas.

Cada organização tem um processo diferente para implementar a mudança, mas todas exigem uma equipe multifuncional bem informada e devidamente preparada. Use os seguintes PASSOS como guia de discussão para sua equipe de transição.

As farmácias desempenham um papel fundamental nessa transição. Vocês levarão os novos produtos aos profissionais de saúde, pacientes e cuidadores; seus conhecimentos e preparação serão essenciais. Esta lista não pretende ser exaustiva, mas sigam os PASSOS indicados a seguir para começar:

P — Comunicação com os fornecedores

- ☐ Familiarize-se com todas as alterações específicas de cada produto
- ☐ Praticar as novas conexões com todos os produtos, incluindo kits de alimentação, seringas específicas para alimentação enteral e sondas de alimentação
- ☐ Conhecer o cronograma previsto para a transição

A — Treinamento

- ☐ Treinar todo o pessoal da farmácia nos novos processos
- ☐ Comunicar a importância das mudanças nos conectores para melhorar a segurança dos pacientes
- ☐ Explicar e demonstrar como os novos equipamentos de alimentação funcionarão
- ☐ Designar um usuário avançado para a dispensação de receitas de medicamentos a serem administrados por sonda de alimentação em cada turno e buscar oportunidades de treinamento prático

SS — Educação

- ☐ Encaminhar as perguntas sobre os procedimentos à equipe multidisciplinar de transição
- ☐ Encaminhar as perguntas específicas sobre o produto ao fabricante ou fornecedor

O — Processo

- ☐ Criar uma equipe multidisciplinar de transição para revisar os procedimentos e protocolos, com o objetivo de incluir os novos conectores ENFit
- ☐ Avaliar e atualizar os protocolos e processos de preparação e administração de medicamentos para incorporar as novas seringas entéricas
- ☐ Desenvolver mecanismos de comunicação entre os prescritores, a equipe de enfermagem e a farmácia para identificar os pacientes que necessitam de medicação por sonda de alimentação
- ☐ Informar os prescritores e a equipe de enfermagem de que as prescrições de medicamentos devem especificar a via de administração (enteral (sonda) ou oral (boca)), e não indicar “PO” para ambas. Até que a transição para os conectores ENFit esteja concluída, a prescrição também deve indicar qual conexão o paciente está utilizando

S — Gestão do abastecimento

- ☐ Avaliar o espaço de armazenamento e o fluxo de trabalho para a linha de seringas específicas para uso enteral
- ☐ Determinar a necessidade de seringas com ponta para uso oral/cateter e com ponta para uso enteral, que podem ser adequadas para a maioria dos usos orais, exceto em recém-nascidos ou em alguns casos pediátricos
- ☐ Reduzir os níveis excessivos de estoque de seringas com ponta para uso oral/cateter
- ☐ Determinar os níveis de estoque e os tamanhos das seringas com o novo conector ENFit e fazer o pedido assim que estiverem disponíveis
- ☐ Distinguir entre as seringas com ponta para uso oral/cateter e as seringas com ponta para uso enteral no almoxarifado para ajudar a garantir sua correta distribuição e uso

A ENFit® é uma marca registrada federalmente pela GEDSA em várias jurisdições em todo o mundo.

Alterações no conector do sistema de alimentação enteral ENFit

A nova norma de projeto abrange todo o sistema de alimentação enteral



EXTREMO DA NUTRIÇÃO

CONECTOR (FINAL)
[Em vigor desde 2012]

EXTREMO DE ACESSO DO PACIENTE

SERINGA (ATUAL)

SERINGA (ponta para doses baixas)
Para garantir a precisão na dosagem de pequenos volumes, pode ser necessário que as seringas de 5 ml ou menos utilizem uma ponta ENFit para doses baixas.

SERINGA (Ponta padrão)
As seringas destinadas à administração de líquidos, medicamentos, realização de lavagens ou administração de alimentação em bolus por sondas entéricas deverão agora possuir um acessório específico para uso entérico.

Novo conector fêmea ENFit

Conector de transição ENFit

TUBO DE ALIMENTAÇÃO (ATUAL)

KIT DE TRANSIÇÃO (TEMPORÁRIO)
Permite a instalação no cateter de alimentação atual até que as novas sondas de alimentação enteral ENFit estejam disponíveis.

TUBO DE ALIMENTAÇÃO (FINAL)
O conector macho (o conector escalonado ou do tipo "árvore de Natal") será substituído pelo novo conector fêmea ENFit. A porta do tubo de alimentação do equipamento de administração passará de fêmea para macho.

Observação: Consulte os representantes do seu fornecedor sobre a disponibilidade, os prazos de entrega e as instruções de uso dos equipamentos de administração, seringas e sondas de alimentação ENFit.

Para mais informações, acesse: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA